



San Benedetto del Tronto, 26/10/10

Тема: изменения в коробках с IAL-System, IAL-System ACP

Настоящим хотим Вам сообщить, что начиная с июля 2010 года коробки, содержащие IAL-System, а в последствии также IAL-System ACP были подвергнуты некоторым изменениям. Данные изменения были осуществлены ввиду перехода от полу-автоматического на полностью автоматизированный процесс упаковки. Оборудование для автоматизированного упаковки продукта предназначено для работы с упаковочным материалом заранее установленных размеров. Поэтому переход на автоматизированное упакование продукта с использованием предыдущих упаковок было бы невозможным. Внесённые изменения касаются:

- 1) размеров blisterной и картонной упаковки, которые теперь равны 41,5x34,5x148,5 mm
- 2) упоров для пальцев, которые вставлены в шприц в обоих препаратах.
- 3) Этикетка прослеживания продукта, с указанием номера лота и срока годности, больше не помещена в blisterную упаковку, а наклеена на коробку.
- 4) Производителем игл, помещённых в коробку, больше не является Sterimedix, а Beckton Dickinson.
- 5) Начиная с января 2011 года, на обе коробки будет помещена голограмма, подтверждающая подлинность продукта.

Необходимость в вышеуказанных изменениях вызвана значительным увеличением производства, направленного на оптимальное удовлетворение спроса клиентов на продукт.

С уважением,  
Др. Марко Дзадзетта  
Заведующий отделом качества  
Phitogen Holding spa

